

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі.**

UA - 2025-06-09-008324-a

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» №710 від 11 жовтня 2016 року зі змінами

Предмет закупівлі ДК 021:2015 «33690000-3 Лікарські засоби різні» (Лабораторні реактиви (Набір для аналізу аланінамінотрансферази (IFCC) (2*28+2*7), Набір для аналізу аспартатамінотрансферази (IFCC) (2*28+2*7), Набір для аналізу загального білірубіну (Ванадат) (2*28+2*7), Набір для аналізу прямого білірубіну (Ванадат) (2*28+2*7), Набір для аналізу глюкози (гексокіназа) (2*28+2*7), Набір для аналізу креатиніну (PAP) (2*30+2*10), Набір для аналізу сечовини (Uriase Kinetic) (2*28+2*7), Набір для аналізу сечової кислоти (Uricase-PAP) (2*28+2*7), Набір для аналізу холестерину ліпопротеїнів високої щільності (PPD) (2*30+2*10), Набір для аналізу холестерину ліпопротеїнів низької щільності (CAT) (2*30+2*10), Набір реагентів для визначення загального холестеролу (2*28+2*7), Неорганічний фосфор (Молібдат) (2*24+2*12+1*2), Набір для кількісного визначення магнію (Mg) у сироватці людини (2*30+2*10+1*2), Кальцій (ОСРС) (2*30+2*10+1*2), Залізо (Ферен) (2*28+2*7+1*2), Лужна промивка (1*2000), Кислотна промивка (1*500), Калібратори біохімічних тестів Рівень 2, Контролі біохімічних тестів Рівень 2 та Рівень 3 (3*5+3*5), Калібратори холестерину HDL/LDL (3*1), Контрольні зразки ліпідів (2*1+2*1+2*1))


Обґрунтування доцільності закупівлі. Санаторій «Трускавець» СБУ проводить обстеження та лікування пацієнтів, маючи ліцензію на медичну практику. Згідно зі сферою об'єктів та процесів системи вимірювань, які затверджені у клініко-діагностичній лабораторії санаторію, визначено перелік лабораторних досліджень для діагностики профільних для санаторію захворювань та оцінки результатів проведеного лікування.

Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяг закупівлі, а саме спектр та кількість лабораторних реактивів, визначений на основі внутрішніх стандартів лікування у санаторії, які розроблені сумісно з кафедрою реабілітації та нетрадиційної медицини Львівського Національного медичного університету ім. Д. Галицького та погоджені з Військово-медичним управлінням Служби безпеки України; кількість визначена на підставі фактичного використання лабораторних реактивів за попередні роки.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик. Технічні та якісні характеристики визначаються особливостями обладнання яке експлуатується у кабінеті біохімічних досліджень клініко-діагностичної лабораторії медичної частини санаторію та відповідно запрограмоване, а саме, автоматичний біохімічний аналізатор Biossays 240 Plus, фірми Snibe, заводський номер 0101010007012400159. Оскільки виробником даного обладнання не передбачено технічної можливості перепрограмування автоматичного біохімічного аналізатора під використання лабораторних реактивів інших торгових марок, тому ця технічна характеристика унеможливорює придбання та використання лабораторних реактивів з іншими характеристиками.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Середня очікувана вартість предмета закупівлі, визначена шляхом аналізу цін на ринку вказаної продукції, згідно цінових пропозицій трьох постачальників лабораторних реактивів становить 424441,20 грн. з ПДВ

Відповідальний за закупівлю:
Медичний директор
п/п-к м/с



Роман ГАБЧАК